

Prussian Blue Stain Kit (With Eosin)

普鲁士蓝染色试剂盒(伊红法)

产品编号	产品名称	规格
BL1220A	普鲁士蓝染色试剂盒(伊红法)	2×50ml
BL1220B	普鲁士蓝染色试剂盒(伊红法)	2×100ml

产品简介:

含铁血黄素(Hemosiderin)是一种血红蛋白源性色素,当组织内出血时,血管中逸出的红细胞被巨噬细胞吞噬并由其溶酶体降解,血红蛋白被分解为不含铁的橙色血质和含铁的含铁血黄素。Perls 普鲁士蓝反应(Prussian blue reaction)又称为含铁血黄素染色,即经过亚铁氰化钾和稀酸处理后可以产生蓝色,常见于吞噬细胞或间质内,其染色原理在于亚铁氰化钾溶液使三价铁离子从蛋白质中被稀盐酸分离出来,三价铁与亚铁氰化钾反应,生成一种不溶解的蓝色化合物即三价铁的亚铁氰化物。

普鲁士蓝染色用于显示局部组织内的各种出血性病变,常见于吞噬细胞内,可以很好地区分含铁血黄素和其他色素。该染色液稳定性好、不易产生沉淀、应用范围广,可以进行复染,该染色液的复染液采用伊红,该复染时间较核固红染色液要短。

产品组分:

组分名称		BL1220A	BL1220B	储存条件
试剂(A): Perls stain	A1: Perls 染色液 A	25ml	50ml	室温, 避光
	A2: Perls 染色液 B	25ml	50ml	室温
临用前, 取 A1、A2 等量混合即为 Perls 染色液, 不宜提前配制。				
试剂(B):伊红染色液		50ml	100ml	室温, 避光

使用方法: (仅供参考)

(一) 石蜡切片染色:

1. 组织固定于 10%中性福尔马林 (BL388A), 常规脱水包埋。
2. 切片厚度 4 μ m, 常规脱蜡至水。
3. 蒸馏水水洗 1min。
4. 切片入 Perls 染色液(见注意事项 2), 浸染 20~30min。
5. 蒸馏水充分冲洗 5~10min。
6. 入伊红染色液, 淡染细胞核 15~30s。
7. 自来水冲洗 1~5s。
8. 常规脱水透明, 中性树胶 (BL704A) 封固。

(二) 冰冻切片染色:

1. 无需脱蜡, 直接迅速用蒸馏水冲洗 2~3min。
2. 染色、脱蜡、透明、封固步骤同石蜡切片的染色步骤。

(三) 细胞染色:

1. 4%多聚甲醛固定 10~20min。
2. 自来水冲洗 2 次, 每次 2min。

Note: For in vitro research use only, not for diagnostic or therapeutic use, This product is not a medical device.
注意: 在体外研究使用, 不用于诊断或治疗用途, 本产品不是医疗装置。





3. 蒸馏水冲洗 2 次，每次 2min。
4. 染色、脱蜡、透明、封固步骤同石蜡切片的染色步骤。

染色结果：

含铁血黄素或三价铁：蓝色
细胞核、其他组织：红色

阴性对照：

取相同切片脱蜡至水。入 5%草酸孵育 2~6h，经 Perls stain，其余步骤同上。结果为阴性。

注意事项：

1. 切片脱蜡应尽量干净。组织固定常采用 10%中性福尔马林，经普通福尔马林长期固定后，组织会有损伤。避免使用酸性固定剂，铬酸盐处理也会妨碍铁的保存。
2. 整个操作过程中容器要干净，避免用金属铁制品，洗切片和容器时应以蒸馏水冲洗，因普通水内含铁质。Perls 染色液染色时，应根据样本情况调整着色时间。
3. 所有切片都应使用同一个阳性对照切片，选择适合的对照非常重要。尸检肺组织是一个很好的对照，包含相当数量的铁阳性巨噬细胞(心衰细胞)。
4. 冰冻切片和细胞染色，最好根据具体情况摸索实验条件。
5. 本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品，不得存放于普通住宅内。
6. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

保存条件：

常温避光保存，12 个月有效。

Note: For in vitro research use only, not for diagnostic or therapeutic use, This product is not a medical device.
注意：在体外研究使用，不用于诊断或治疗用途，本产品不是医疗装置。

