

## Precast Gel, Tris-Gly, 8-16%, 10 wells, 1.0 mm

### 蛋白预制胶 Tris-Gly, 8-16%, 10 孔, 1.0 mm

| 产品编号    | 产品名称                              | 规格  |
|---------|-----------------------------------|-----|
| BL1391A | 蛋白预制胶Tris-Gly, 8-16%, 10孔, 1.0 mm | 10块 |

#### 产品简介:

Biosharp 蛋白预制胶 Tris-Gly 是一款安全、快捷、高性能的预制聚丙烯酰胺凝胶，常用于 PAGE 和 Western blot 检测。它们可提供清晰笔直的条带，带有易于上样的高容量上样孔，可用于变性或非变性凝胶电泳应用。

#### 产品特点:

用途多样-凝胶中不含 SDS，可用于变性和非变性电泳

性能稳定-自动化的灌胶生产技术，确保产品质量的高稳定性和重复性。

塑料胶板-有效减少蛋白非特异性吸附，使蛋白条带更为敏锐，清晰

缩短时间-在 180V 电压下，电泳 60 min 即可完成

操作便捷-胶夹打开极为轻松，塑料板可以用起翘工具撬开

选择多样-多种浓度的均一胶（6%，8%，10%，12%，15%）和梯度胶（4-15%，4-20%，8-16%，8-20%）

兼容性广-兼容市场上主流的 mini 电泳槽，如 Bio-Rad, 天能和君意东方等

#### 基本信息:

|             |               |       |             |
|-------------|---------------|-------|-------------|
| 胶板尺寸(宽×高×厚) | 100×89×4.8 mm | 凝胶厚度  | 1.0 mm      |
| 凝胶尺寸(宽×高×厚) | 84×74×1.0 mm  | 孔数    | 10 孔        |
| 浓缩胶（浓度，高度）  | 4%，1.5 cm     | 最大上样量 | 50 μL       |
| 分离胶（浓度，高度）  | 8-16%，5.9 cm  | 缓冲体系  | Tris-Gly 体系 |

#### 使用方法:

##### 一、非变性胶（Native-PAGE）:

1. 将预制胶从包装袋中取出，**撕掉底部密封胶带**。
2. 将预制胶固定在电泳槽中。
3. 准备非变性电泳缓冲液。
4. 内槽加满电泳液，外槽的电泳液最低须加到 1/3 液面处，最高不可漫过胶板，再缓慢地将梳子拔出。
5. 上样前请使用移液器吸取电泳缓冲液轻轻吹打加样孔，去除加样孔内残余的胶液。
6. 上样：将非变性蛋白样品与非变性蛋白上样缓冲液按比例混合均匀。注意枪头不要戳破凝胶，不要过度插入梳孔使胶板变形造成漏液。
7. 电泳条件：180V，60 min，当溴酚蓝指示带电泳至胶板底部或实验预定位置时，即可结束电泳。
8. 电泳结束，取出凝胶：用起翘器或合适工具在板子侧边缘慢慢撬开板子，打开胶盒，轻轻取出凝胶。

##### 二、变性胶（SDS-PAGE）:

1. 将预制胶从包装袋中取出，**撕掉底部密封胶带**。
2. 将预制胶固定在电泳槽中。

Note: For in vitro research use only, not for diagnostic or therapeutic use, This product is not a medical device.  
注意: 在体外研究使用, 不用于诊断或治疗用途, 本产品不是医疗装置。



3. 准备变性电泳缓冲液。
4. 内槽加满电泳液，外槽的电泳液最低须加到 1/3 液面处，最高不可漫过胶板，再缓慢地将梳子拔出。
5. 上样前请使用移液器吸取电泳缓冲液轻轻吹打加样孔，去除加样孔内残余的胶液。
6. 上样：将蛋白样品与变性上样缓冲液按比例混合均匀，加热预变性处理。注意枪头不要戳破凝胶，不要过度插入梳孔使胶板变形造成漏液。
7. 电泳条件：180V，60 min，当溴酚蓝指示带电泳至胶板底部或实验预定位置时，即可结束电泳。
8. 电泳结束，取出凝胶：用起翘器或合适工具在板子侧边缘慢慢撬开板子，打开胶盒，轻轻取出凝胶。

#### 注意事项：

1. 蛋白预制胶 Tris-Gly 使用的是中性的 Tris-Gly 缓冲系统。
2. 如果需要蛋白条带更加清晰、平直，可降低电压至 150V，适当延长电泳时间。
3. 电压为 180V 电泳时，1 块胶的电流在 75mA 左右，2 块胶的电流在 150mA 左右，随着时间增加电流会逐步降低。
4. 电泳缓冲液不建议重复使用。因为经过电泳之后，缓冲液中的离子强度、缓冲能力都发生了变化，不能确保电泳效果。
5. 湿转时 120V 恒压转膜 60-90 min。为达到更好的转膜效果，可以根据预制胶上残留的预染 marker 及膜上的预染 marker 确定转膜效率，并对转膜条件进行适当调整。目的蛋白的分子量，凝胶浓度及转膜液中的甲醇浓度都会影响转膜效率。大蛋白尽量选择低浓度的胶。
6. 电泳结束后使用 Tris-Gly 转膜液进行转膜。
7. 由于本预制胶改进了 BIORAD 的 mini 胶板两侧上端与硅胶垫接触的凹陷结构，使其兼容所有厂家的 mini 胶电泳槽。使用时需将 BIORAD 的绿色硅胶封闭垫取出后反过来安装，使其没有凸起的平滑面朝外，防止漏液。使用 Life 的电泳槽时，需配合特制挡板一起使用，请联系经销商索取。
8. 本产品仅限于专业人员的科学研究用，不得用于临床诊断或治疗，不得用于食品或药品，不得存放于普通住宅内。
9. 为了您的安全和健康，请穿实验服并戴一次性手套操作。

#### 保存条件：

1. 常温运输，常温保存时应放置于阴凉处，避免温度剧烈变化和阳光直射。
2. 4-8°C 保存，可以存放 12 个月。
3. 请勿置于 0°C 以下，凝胶在 0°C 以下会冻凝，产生气泡和裂纹，凝胶报废。

